



Allegato CSAAR al Certificato di Accreditamento 0244ISP
Annex CSAAR to the Accreditation Certificate 0244ISP

RILASCIATO A
ISSUED TO **Mezzalana S.n.c. di Gianni Mezzalana & C.**

Organismo di Ispezione

REVISIONE
REVISION **001** DATA DI REVISIONE
REVIEW DATE **28-02-2024** DATA DI SCADENZA
EXPIRY DATE **26-03-2028**

Ispezione di Tipo C nei seguenti settori:

Verificazione periodica di:

- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico - NAWI - classe I e II- con portata massima fino a 5 kg;
 - Strumenti per pesare a funzionamento non automatico - NAWI - classe III e IIII - con portata massima fino a 80.000 kg;
 - Strumenti per pesare a funzionamento automatico - AWI - selezionatrici ponderali - classe di accuratezza XIII XIII X(x) Y(a) Y(b) con portata massima fino a 120 kg;
 - Strumenti per pesare a funzionamento automatico - AWI - Riempitrici gravimetriche - classe di accuratezza X e fattore di designazione (x) $\geq 0,5$ con portata massima fino a 120 kg
- ai sensi del Decreto 21 aprile 2017, n.93.

Inspection of Type C in the following sectors:

Subsequent verification of:

- Non-automatic weighing instruments - NAWI - class I and II - with maximum capacity up to 5 kg;
 - Non-automatic weighing instruments - NAWI - class III and IIII - with maximum capacity up to 80.000 kg;
 - Automatic weighing instruments - AWI - Automatic catchweighers - accuracy class XIII XIII X(x) Y(a) Y(b) with maximum capacity up to 120 kg;
 - Automatic weighing instruments - AWI - Automatic gravimetric filling instruments- accuracy class X and designation factor (x) $\geq 0,5$ with maximum capacity up to 120 kg;
- in accordance with the Decree 21 April 2017, n. 93.