



Allegato CSAAR al Certificato di Accreditazione 0274ISP
Annex CSAAR to the Accreditation Certificate 0274ISP

RILASCIATO A **Bilanciali Nord S.r.l.**
ISSUED TO

Organismo di Ispezione

REVISIONE **000** DATA DI REVISIONE **01-01-2023** DATA DI SCADENZA **22-07-2024**
REVISION **000** REVIEW DATE **01-01-2023** EXPIRY DATE **22-07-2024**

Ispezione di Tipo C nei seguenti settori:

Verificazione periodica di:

- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico - NAWI - classe II, con portata massima fino a 35 kg;
 - Strumenti per pesare a funzionamento non automatico - NAWI - classe III e IIII, con portata massima fino a 120.000 kg;
 - Strumenti per pesare a funzionamento automatico - AWI - selezionatrici ponderali - classe di accuratezza XIII, XIII, Y(a), Y(b), con portata massima fino a 35 kg;
 - Strumenti per pesare a funzionamento automatico - AWI - riempitrice gravimetrica - classe di accuratezza X e fattore di designazione $\geq (1)$, con portata massima fino a 150 kg;
- in conformità a quanto previsto dal DM 93/2017.

Inspection of Type C in the following sectors:

Subsequent verification of measurement instruments:

- Non-automatic weighing instruments - NAWI - classes II with maximum capacity up to 35 kg;
 - Non-automatic weighing instruments - NAWI - classes III and IIII with maximum capacity up to 120.000 kg;
 - Automatic weighing instruments - AWI - Automatic catchweighers - accuracy classes XIII, XIII, Y(a), Y(b), with maximum capacity up to 35 kg;
 - Automatic weighing instruments - AWI - Automatic gravimetric filling instruments- accuracy class X and designation factor $\geq (1)$ with maximum capacity up to 150 kg;
- in accordance with the Decree 21/04/2017 n. 93.