



Allegato CSAAR al Certificato di Accreditamento 0387ISP
Annex CSAAR to the Accreditation Certificate 0387ISP

RILASCIATO A
ISSUED TO **ZADRA ITALPESE S.r.l.**

Organismo di Ispezione SPES

REVISIONE
REVISION **001**

DATA DI REVISIONE
REVIEW DATE **28-02-2024**

DATA DI SCADENZA
EXPIRY DATE **28-04-2025**

Ispezione di Tipo C nei seguenti settori:

Verificazione periodica di:

- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico – NAWI – classe I con portata massima fino a 30 kg;
- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico – NAWI – classe II con portata massima fino a 40 kg;
- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico – NAWI – classe III e IIII con portata massima fino a 80000 kg;
- Strumenti per pesare a funzionamento automatico – AWI – Riempitrici gravimetriche – classe di accuratezza X e fattore di designazione (x) ≥ 1 con portata massima fino a 1200 kg;
- Strumenti per pesare a funzionamento automatico – AWI – Selezionatrici ponderali – classe di accuratezza XIII(x), XIII(x), X(x) e Y(a) Y(b) con portata massima fino a 40 kg;
- Distributori di carburante (escluso GPL) e di soluzioni a base di urea con portata massima fino a 200 L/min;
- Sistemi per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua montati su autocisterna (escluso GPL) – carburanti e liquidi industriali con portata massima fino a 2000 L/min;
- Sistemi per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua destinati al Carico/Scarico autocisterne, vagoni-cisterna, navi-cisterna e container-cisterna – carburanti (escluso GPL) e liquidi industriali con portata massima fino a 2000 L/min;
- Sistemi per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua su condotta con portata massima fino a 1000 L/min.

ai sensi del Decreto 21 aprile 2017, n. 93.

Inspection of Type C in the following sectors:

Subsequent verification of:

- Non-automatic weighing instruments – NAWI – class I – with maximum capacity up to 30 kg;
- Non-automatic weighing instruments – NAWI – class II – with maximum capacity up to 40 kg;
- Non-automatic weighing instruments – NAWI – class III and IIII – with maximum capacity up to 80000 kg;
- Automatic weighing instruments – AWI – Automatic gravimetric filling instruments – accuracy class X(1) and designation factor (x) ≥ 1 with maximum capacity up to 1200 kg;
- Automatic weighing instruments – AWI – Automatic catchweighers – accuracy class XIII(x) XIII(x) X(x) and Y(a), Y(b) with maximum capacity up to 40 kg;
- Fuel (other than LPG) and urea solution dispensers with maximum flowrate up to 200 L/min;
- Continuous and dynamic measuring systems for liquids other than water on road tanker - fuels (other than LPG) and industrial liquids with maximum flowrate up to 2000 L/min;
- Continuous and dynamic measuring systems for liquids other than water – for (un)loading ships, rail and road tankers - fuels (other than LPG) and industrial liquids with maximum flowrate up to 2000 L/min;
- Continuous and dynamic measuring systems for liquids other than water – on pipeline with maximum flowrate up to 1000 L/min;

in accordance with the National Decree n. 93/2017.