

Allegato CSAAR al Certificato di Accreditamento 0481ISP
Annex CSAAR to the Accreditation Certificate 0481ISP

RILASCIATO A
ISSUED TO **BALDUCCI BILANCE S.r.l.**

Divisione Balducci Verifiche

REVISIONE
REVISION **000**

DATA DI REVISIONE
REVIEW DATE **01-01-2023**

DATA DI SCADENZA
EXPIRY DATE **19-05-2026**

Ispezione di Tipo C nei seguenti settori:

Verificazione periodica di:

- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico - NAWI - classe I - con portata massima fino a 620 g;
 - Strumenti per pesare a funzionamento non automatico - NAWI - classe II - con portata massima fino a 10.200 g;
 - Strumenti per pesare a funzionamento non automatico - NAWI - classe III e IIII con portata massima fino a 3.000 kg;
 - Strumenti per pesare a funzionamento automatico - AWI - Selezionatrici ponderali - classe di accuratezza X(x), X(III), X(IIII) con $(x) \geq 0,5$ e Y(a) e Y(b) con portata massima fino a 30 kg;
- ai sensi del Decreto 21 aprile 2017, n. 93.

Inspection of Type C in the following sectors:

Subsequent verification of:

- Non-automatic weighing instruments - NAWI - class I - with maximum capacity up to 620 g;
 - Non-automatic weighing instruments - NAWI - class II - with maximum capacity up to 10.200 g;
 - Non-automatic weighing instruments - NAWI - class III and IIII - with maximum capacity up to 3.000 kg;
 - Automatic weighing instruments - AWI - Automatic catchweighers - accuracy class X(x), X(III), X(IIII) with $(x) \geq 0,5$ and Y(a) and Y(b) with maximum capacity up to 30 kg;
- pursuant to the National Decree n. 93 of 21 April 2017.