Tabella allegata al Certificato: 250T rev. 00

Responsabile: ing. Bruno FRANZIL
Sostituto: p.i. Emanuele FERRARI
Settori accreditati: 1

Laboratorio permanente

TABELLA DI ACCREDITAMENTO

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza relativa (*)	Note
Volume (1)	Contatori o totalizzatori di liquidi	da 0,6 L a 600 L	0,20 %	①②

① Per portate comprese tra 3,5 e 30000 L/h
② La taratura è eseguita utilizzando come liquido acqua potabile di acquedotto
(*) L' incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %.

Il Direttore di Dipartimento
The Department Director
(Ing. Rosalba Mugno)